

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
RUA DR. MARIO CORREA
C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santissima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 1/7

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 01/10/2019).

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	20300222	UN	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ESTANTE METALICA, COM 2.000,00 MM DE ALTURA, CONTENDO 5 PRATELEIRAS, 150 KILOS DE RESISTENCIA, MEDINDO: 445,00 MM (LARGURA) X 350,00 MM (PROFUNDIDADE), CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20, PINTURA ELETROSTATICA. (02-03-00222)	2,000	_____	_____	_____
2	20300223	UN	PIPETADOR - AUTOMÁTICO COM FILTRO HIDROFÓBICO DO TIPO BATERIA/TIPO AID, DESTINADO A ACOPLAR AS PIPETAS PARA AUXILIAR NA ASPIRAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE VOLUMES. (02-03-00223)	2,000	_____	_____	_____
3	20300224	UN	ARMARIO - ARMARIO 2 PORTAS CONFECCIONADO EM CHAPA 26, PRATICO, RESISTENTE E VERSATIL. POSSUI SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE NAS PORTAS E PES COM SAPATAS PLASTICAS PROTETORAS. ALTURA: 73CM; LARGURA: 90CM. PROFUNDIDADE: 45CM; CAPACIDADE DE PESO POR BANDEJA: 10KG (02-03-00224)	2,000	_____	_____	_____
4	20300225	UN	BALCAO - BALCAO COMPLETO MDF, NA COR BRANCO ULTRA, MEDINDO 3,56X0,88X0,57, CAIXA DE 3 CM, COM 4 GAVETAS, 6 PORTAS DE DOBRADICAS, COM PUXADOR DE PERFIL (02-03-00225)	1,000	_____	_____	_____
5	20300226	UN	MESA - MDF, FORMICA, COLA FORMICA, PARAFUSOS, MELAMINICO, COR A DEFINIR, TIPO ABERTO, 0,25CM, 58 PROFUNDIDADE, 2,50 LARGURA (02-03-00226)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
RUA DR. MARIO CORREA
C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santissima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 2/7

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
6	20300227	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL - DIGITAL, DE MESA, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 25 LITROS, COM BOMBA DE VÁCUO E IMPRESSORA (02-03-00227)	1,000	_____	_____	_____
7	20300228	UN	BANHO MARIA - CAPACIDADE PARA 7 LITROS OU 100 TUBOS FAIXA TEMP +30+60°C INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE PARA 105 TUBOS, TANQUE EM INOX SEM SOLDAS COM CANTOS ARREDONDADOS, CAPACIDADE DE 7L, TAMPA ANGULAR DE AÇO INOX TIPO CUMIEIRA COM ALÇA E ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO, RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA, BANDEJA DE AÇO INOX PARA APOIO DE ESTANTE, ESTANTE ÚNICA EM MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 13MM E 100 MM DE ALTURA, CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROCONTRALADO COM DUPLO DISPLAY MULTI CONFIGURÁVEL, AUTO SINTONIA E PID, FAIXA DE TRABALHO ENTRE 30°C E 60°C, SENSOR TIPO PT 100, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUQUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136 (02-03-00228)	2,000	_____	_____	_____
8	20300229	UN	CONTADOR DE CELULAS (PIANINHO) - MANUAL, COM TECLAS PARA CONTAGEM, COM CAPACIDADE DE CONTAGEM SEPARADAMENTE DE ERITROBLASTOS, COM TOTALIZACAO A CADA 100 CELULAS, COM ALARME SONORO E BLOQUEIO AUTOMATICO PARA CADA 100 CELULAS CONTADAS, ZERADOR DE CONTAGEM TIPO ACOMPANHA 01 CABO DE FORÇA, ALIMENTACAO: 110-240 VAC AUTOMATICO, INCLUI: INCLUIR: MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO ORIGINAL EM PORTUGUES, GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSIST,TECNICA NA REGIAO METROPOLITANA DE CUIABÁ/MT. (02-03-00229)	1,000	_____	_____	_____
9	20300230	UN	HOMOGENEIZADOR - HORIZONTAL COM MOVIMENTO DE 360° EM TORNO DO PROPRIO EIXO, CAPACIDADE DE 40 TUBOS DIVERSOS (20 EM CADA MODULO), VELOCIDADE AJUSTAVEL (MINIMA DE 6 RPM/MAXIMA 30 RPM), APARELHO MONTADO EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, PAINEL EM POLICARBONATO, ALIMENTACAO DE 110/220 VOLTS (TENSAO - 60 HZ). (02-03-00230)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
RUA DR. MARIO CORREA
C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santissima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 3/7

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
10	20300231	UN	LEITOR DE CODIGO DE BARRA - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - DE MAO COM SUPORTE SOBRE MESA, LEITURA CONTINUA, E LEITURA DO CODIGO PADRAO RSS(REDUZED SPACE SYMBOLOGY),FEIXE 01 LINHA (LINEAR),VOLTAGEM 5 VOLTS +/- 101,INTERFACE EMULADOR DE TECLADO PADRAO USB,VELOCIDADE DE LEITURA 100 SCANS POR SEGUNDO,DISTANCIA DE LEITURA NO MINIMO DE 0 A 203MM DA ETIQUETA,AREA DE LEITURA DE ATE 249 MM,DIMENSOES 15,2 CM DE ALTURA X 6,3 CM DE LARGURA X 8,4 CM DE PROFUNDIDADE E PESO DE 146 GR. (02-03-00231)	1,000	_____	_____	_____
11	20300232	UN	MICROSCOPIO - LABORATORIAL BIOLOGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE, TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MINIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABECOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30° E ROTACAO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVAS PLANA CROMATICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRATIL E 100X PH E IMERSAO, TODAS TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIAMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURAVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJAVEL POSSUIR CONFIGURACAO OPCIONAL ATE 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA MECANICA COM SUPERFICIE DE AREA MINIMA DE 188 X 150 MM, DIVISAO DE NO MINIMO 0,1 MM, (02-03-00232)	2,000	_____	_____	_____
12	20300233	UN	ANALISADOR DE BIOQUIMICA - AUTOMATIZADO, NOVO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 TESTES POR HORA, POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE MODULO ISE PARA SODIO, POTASSIO E CLORO, POSSUI NO MINIMO DE 26 POSICOES DE REAGENTES NO ROTOR REFRIGERADO, ROTOR PARA MINIMO DE 60 CUBETAS DE REACAO, REALIZA LEITURAS ATRAVES DE NO MINIMO 11 COMPRIMENTOS DE ONDAS, SER DE ACESSO RANDOMICO PARA AMOSTRAS DE URGENCIA, USO DE AMOSTRAS TIPO SORO, PLASMA, URINA E SANGUE TORAL, ACEITANDO SIMULTANEAMENTE (SEM NECESSIDADE DE TROCA) EM UMA MESMA BANDEJA OU RACK, TUBOS PRIMARIOS DE 12 A 16 MM, CUBETAS E MICROCUBETAS, O EQUIPAMENTO DEVERA SER CAPAZ DE REALIZAR HEMOLISE AUTOMATICA PARA O EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C), AS REACOES DEVERAO SER ATRAVES DE CUBETAS DESCARTAVEIS PARA OPERACAO COM QUIMICA LIQUIDA OU ATRAVES DE SLIDES PARA OPERACAO COM QUIMICA SECA, LAVAGEM DE AGULHA DE PIPETAGEM ENTRE AS ETAPAS PARA EVITAR CONTAMINACAO, SENSOR DE FUNDO DE TUBO PARA DETECCAO DE NIVEL (02-03-00233)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
 RUA DR. MARIO CORREA
 C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santissima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 4/7

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
13	20300234	UN	BALANÇA PARA LABORATÓRIO COM FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEÇAS, DISPLAY ANALÓGICO DE LCD. CAPAZ DE REALIZAR CONVERSÃO DE UNIDADES; UTILIZA MECANISMO ELETROMAGNÉTICO DE PRECISÃO. CAPACIDADE DE 3200G. LEITURA DE 0,01G. REPETIBILIDADE MENOR OU IGUAL Á 0,01G. LINEARIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,03G. TAMANHO DO PRATO DE APROXIMADAMENTE 160X124MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Á SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. (02-03-00234)	1,000	_____	_____	_____
14	20300235	UN	CENTRIFUGA - MICROPROCESSADA, REFRIGERADA DE BANCADA, PARA SEPARACAO DE CELULAS MONONUCLEARES,, COM CAPACIDADE PARA JOGOS DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 5, 10,13 E 15 ML, COM VELOCIDADE DE ROTACAO DE 17.300 RPM,, ROTOR JOGOS DE ROTORES ANGULARES P/MIN.28TUBOS 1,5/2ML##MIN.8 TUBOS 50 ML E PARA TUBOS DE 38 ML,, COM CONTROLES AUTOMATICOS DE PARAMETROS PROGRAMAVEIS:VELOCIDADE,RCF,TEMPER,TEMPO,CENTRIFUGACAO.MIN.8AC 8FREIOS, COM ALARME (S) SONORO E VISUAL P/DESBALANCEAMENTO, CORRENTE E TEMPERATURA E TRAVA DUPLA NA TAMPA,, MOSTRADORES DIGITAIS: TEMPO, VELOCIDADE, TEMPERATURA, PROGRAMACOES E ERROS,, ACOMPANHA: CHAVE PARA TIRAR ROTORES,, ALIMENTACAO: 110/220 V, 60 HZ,, POTENCIA: 60 W, INCLUI: GARANTIA DE 24 MESES (02-03-00235)	2,000	_____	_____	_____
15	20300236	UN	DESTILADOR DE AGUA - COM RENDIMENTO DE 05 LITROS HORA, ESTRUTURA EM LATAO CROMADO, COM PROTECAO DA RESISTENCIA, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, 4000WATS, COM SUPORTE PARA PAREDE, INCLUI: MANUAL DE OPERACAO E MANUT GARANTIA DE 01 ANO (02-03-00236)	1,000	_____	_____	_____
16	20300237	UN	ESTUFA - DO TIPO ESTERELIZACAO LABORATORIAL, SECAGEM E BACTERIOLOGICA EM PINTURA ELETROSTATICA E INTERNA EM TINTA ALUMINIO ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS, COM PRATELEIRAS, MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DE 50,00 X 60,00 X 50,00 CM, CAPACIDADE INTERNA DE APROXIMADAMENTE 15 LITROS PARA ESTUFA DE ESTERELIZACAO COM TEMPERATURA DE 250 GRAUS E APROXIMADAMENTE 20 LITROS PARA ESTUFA BACTERIOLOGICA COM TEMPERATURA ATE 100 GRAUS, CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO ATRAVES DE CONTROLE ANALOGICO COM INDICACAO DIGITAL, VOLTAGEM: 220V, 60HZ, O EQUIPAMENTO DEVERA SER CONJUNTO COM PAINEL UNICO PARA OS CONTROLES (02-03-00237)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

 Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
RUA DR. MARIO CORREA
C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 5/7

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
17	20300238	UN	ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 26 PARÂMETROS; REALIZANDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TESTES: CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS, CONTAGEM TOTAL DE ERITRÓCITOS, LEITURA ESPECTROFOMÉTRICA DE HEMOGLOBINA (CIANOMETAHEMOGLOBINA), DETERMINAÇÃO HEMATÓCRITO, DETERMINAÇÃO DE VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO, DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANISOCITOSE, CONTAGEM TOTAL DE PLAQUETAS, DETERMINAÇÃO DO VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO, DETERMINAÇÃO DE PLAQUETÓCRITO, DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE PLAQUETAS, CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR ABSOLUTO, CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR RELATIVO). SISTEMA: COMBINANDO IMPEDÂNCIA E CITOMETRIA DE FLUXO COMO PRINCÍPIOS DE MEDIDA. DOSAGEM DE HEMOGLOBINA: MÉTODO FOTOMÉTRICO. CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 60 AMOSTRAS/HORA. ANÁLISE DE AMOSTRAS EM TUBOS ABERTOS COM ASPIRAÇÃO DE 30µL, OU MENOS. LIMPEZA AUTOMÁTICA DA AGULHA DE ASPIRAÇÃO. SELEÇÃO DE HISTOGRAMAS PARA OS PARÂMETROS. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS: ALFANUMÉRICA, NUMÉRICA OU SEQUENCIAL. LIMITES DE PACIENTES PROGRAMÁVEIS. ALARMES PATOLÓGICOS SÉRIE VERMELHA, SÉRIE BRANCA E PLAQUETAS. ALARMES PARA FALHAS DE CONTAGEM. ACOMPANHA IMPRESSORA. INTERFACE RS 232 INCLUINDO GRÁFICOS E MATRIZ. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE (02-03-00238)	1,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
 RUA DR. MARIO CORREA
 C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santissima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 6/7

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
18	20300239	UN	ANALISADOR - ANALISADOR DE IONS SELETIVOS, DISPLAY GRAFICO 64X128, COM TECLADO ALFA NUMERICO, IMPRESSORA GRAFICA TERMICA, FONTE DE ALIMENTACAO DE ALTO RENDIMENTO, ANALISE DE 50UL DE SANGUE TOTAL, SORO OU URINA, CPU COM MEMÓRIA FLASH, COMUNICACAO SERIAL E ENTRADA PARA LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA MAIOR COMODIDADE E SEGURANCA## REAGENTES REUNIDOS EM UM UNICO PACOTE, GARANTIA, ASSIST. TÉCNICA LOCAL, MANUAL DE OPERAÇÃO. (02-03-00239)	1,000	_____	_____	_____
19	20300240	UN	ANALISADOR - ANALISADOR DE URINA SEMI-AUTOMATICO - PRINCÍPIO DO TESTE: FOTOMETRO DE REFLETANCIA COM DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA E INTEGRADOR ESFÉRICO, AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA E ENTRADA PARA IMPRESSORA EXTERNA TELA: EM LCD, COM MICROPROCESSADOR INTERNO. PARÂMETROS: PH, NITRITO, ÁCIDO ASCÓRBICO, PROTEÍNA, DENSIDADE, SANGUE, GLICOSE, URUBINOGENIO, BILIRRUBINA, CETONAS, LEUCÓCITOS, COMPRIMENTO DE ONDA: 550NM, 620NM E 720NM. VELOCIDADE: 240 AMOSTRAS/H. CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1000 AMOSTRAS, GARANTIA, ASSIST. TÉCNICA LOCAL, MANUAL DE OPERAÇÃO. (02-03-00240)	1,000	_____	_____	_____
20	20300241	UN	COAGULOMETRO - PARA OS PARAMETROS MONOCANAL AUTOMATICO Q/UTILIZA MESMO REAGENTE NA REALIZACAO DIVERSOS TESTES E, CALCULOS AUTOMATICOS P/DETERMINACAO DO FIBRINOGENIO LEITURA POR NEFELOMETRIA E ESPECTOFOTOMETRIA, REALIZ.AUTOMATICA: CURVAS DE CALIBRACAO(PT)-FIB/PROTEINA C##FATORES, TECNICAS DE SUBSTRATO CROMOGENICO, INTERFACE IDENTIFICACAO DOS PACIENTES C/05 DIGITOS##INCLUINDO DILUICAO DO POLL, DIMENSOES: IMPRESSAO DOS RESULTADOS##REFRIGERACAO DOS REAGENTES##STAND BY AUTOMATICO, ALIMENTACAO: 220 V##REALIZACAO DE PROVAS SIMULTANEAS, ACOMPANHA: DETECCAO AUTOMATICA NIVEL DE REAGENTES E AMOSTRAS##ACOMPANHA MANUAL DE OPERACOES, ASSIST. TECNICA LOCAL, INCLUI: GARANTIA DE NO MIN.01 ANO P/PECAS, SERVICOS##REG.MS/ANVISA(DEMAIS CARACTERISTICAS VIDE EDITAL) (02-03-00241)	1,000	_____	_____	_____
21	20300242	UN	AGITADOR DE PLACAS - KLINE, COM CONTROLE DE ROTACAO DE 0-230 RPM RPM, PLATAFORMA 224X152X80MM, 110/220VOLTS, RAIO DE AGITACAO 22M (02-03-00242)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:

 Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

CNPJ: 03.214.160/0001-21
RUA DR. MARIO CORREA
C.E.P.: 78245-000 - Vila Bela da Santissima Trinda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 85/2019 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 159/2019

Data do Processo: 17/09/2019

ANEXO I

Folha: 7/7

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
22	20300243	UN	CRONOMETRO - DIGITAL COM 4 DIGITOS PARA USO EM LABORATORIOS DEVE TER FUNCAO PROGRESSIVA E REGRESSIVA, MARCAR HORA, MINUTOS E SEGUNDOS, CALENDARIO, DEVE CONTER ALARME SONORO, MEDIDAS MINIMAS DE 80X70X25MM, ALIMENTACAO POR PILHA AAA, SUPORTE NA PARTE DE TRAS. DEVE ESTAR DEVIDAMENTE CALIBRADOS E REGULAMENTADO DE ACORDO COM A NORMAS DE REGULAMENTACAO BRASILEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA OU NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO E ASSISTENCIA TECNICA. (02-03-00243)	2,000	_____	_____	_____
23	20300244	UN	MICROPIPETA - MONOCANAL COM VOLUME VARIAVEL DE 100 A 1000 MICROLITOS, GRADUADA EM DECIMAL ESTERELIZAVEL A CALOR E COM CERTIFICACAO DE QUALIDADE (02-03-00244)	3,000	_____	_____	_____
24	20300245	UN	MICROPIPETA - AUTOMATICA MULTICANAL, COM 08 CANAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA (02-03-00245)	1,000	_____	_____	_____

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor