


**PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO I

CNPJ: 03.214.160/0001-21

Telefone: (65) 3259-1313

Rua Dr. Mario Correa, 452

CEP: 78245-000 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 73/2022 - PR

Processo Administrativo: 2022/2022

Data do Processo: 26/09/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADOR ELETRONICO MICRO PROCESSADO., PARA TRANSPORTE D - VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADOR ELETRONICO MICRO PROCESSADO., PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, MODOS: VCV,SIMV,PEEP,PLATO (30% T. INSP.), CONTROLES PARA VOLUME,FREQ.RESP.PEEP,CPAP CONCENTRACAO DE OXIGENIO,FLUXO DE BASE,SENSIBILIDADE P/PRESSAO, MONITORACAO DOS PARAMETROS: DISPLAY C/CURVA PXT E BARGRAPH DE PRES.DE 10 A 100CM H2O,PRES.INSPI.E EXP.TEMPO INSP.E EXP., MOSTRADOR (ES) TELA DE CRISTAL LIQUIDO, ALARMES PARA ALARME DE PRESSAO E PEEP ALTA E BAIXA, APNEIA, ALIMENTACAO 100 A 240V AC.50/60HZ., ACOMPANHA: FILTRO AR COMP.,CONEXAO EM Y,BRACO ART.DIAFRAGMA P/VAL.EXP.UMIDIFICADOR AQUEC.02		
2	2,000	UN	MONITOR CARDIACO MULTIPARAMÉTRICO: ECG / RESP / SPO2 / TEMPERATURA / PRESSÃO NÃO - MONITOR CARDIACO MULTIPARAMÉTRICO: ECG / RESP / SPO2 / TEMPERATURA / PRESSÃO NÃO INVASIVA / CURVA PLESTIMOGRÁFICA / FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA,MONITOR DE LCD 12 POLEGADAS TFT9 LINHAS DE TRAÇADOS SIMULTÂNEAS 12 HORAS DE TRAÇADOS PASSADOS 200 GRAVAÇÕES DE ACIONAMENTO DO ALARME, 1000 GRAVAÇÕES DE PANI / PASSO SONORO / ALARME SONORO, LUMINOSO BATERIA INTERNA, ECG: - DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, AUMENTO: X0.25 / X0.50 / X1 / X2; FAIXA DE BPM: 15 350; VELOCIDADES: 12.5MM/S , 25MM/S , 50MM/S, SPO2: - FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0-100%, FAIXA DE PULSO: 20-250 BPM, ACURÁCIA: 2% (70-100%), RESP: - FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 150 RESP/MIN, ACURÁCIA: + - 2%, TEMP: - FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 50°C, ACURÁCIA: + - 0.1°C, PANI: - MODO DE TRABALHO: MANUAL / AUTOMÁTICA / CONTÍNUA, UNIDADES: MMHG / KPA, ACURÁCIA: + - 5MMHG, ENTRADA HDMI GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE E IMPORTADO SOB DECRETO DA ANVISA RCD 356/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	